



Dotyczy: ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację zamówienia pn. „System integracji sal operacyjnych” - Numer sprawy: KT/1/06/2025

Dotyczy – załącznika nr 3 UMOWA NA DOSTARCZENIE I MONTAŻ SYSTEMU INTEGRACJI SAL OPERACYJNYCH/ § 2 Warunki realizacji umowy

Czy Zamawiający może doprecyzować, jakie oprogramowanie ma na myśli w § 2 ust. 6 pkt. d wzoru umowy?

Odp. Obecnie używane przez zamawiającego oprogramowanie INFINITT PACS wersja 3.0.11

Dotyczy – załącznika nr 4 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ O WYPOSAŻENIU TECHNOLOGICZNYM 1.

Czy, mając na uwadze, że jednostka sterująca z ekranem dotykowym, kontroler wideo oraz nagrywarka medyczna są kluczowymi komponentami odpowiedzialnymi za zarządzanie obrazem, Zamawiający – niezależnie od wymogu, aby cały system integracji był wyrobem medycznym – będzie również wymagał, aby te urządzenia, istotne dla diagnostyki klinicznej, były wyrobami medycznymi zgodnymi z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 (klasa I) oraz normami EN 60601-1 i EN 60601-1-2? Czy na potwierdzenie spełnienia tych wymagań Zamawiający oczekuje załączenia do oferty odpowiednich dokumentów?

Odp. Zamawiający wymaga aby jednostka sterująca z ekranem dotykowym, kontroler wideo oraz nagrywarka medyczna były wyrobami medycznymi zgodnymi z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 (klasa I) oraz normami EN 60601-1 i EN 60601-1-2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty odpowiednich dokumentów potwierdzających.