



Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego: Numer referencyjny TG/129/01/2025
postępowania:

Przedmiot: Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi systemu integracji sal operacyjnych

Dotyczy: Załącznik nr4: "Zintegrowany system sterowania i zarządzania obrazem dla sal operacyjnych."

Pytanie nr 1. Poz. 1 Mając na uwadze realizację obowiązku zawartego w art. 99 ust. 4 ustawy PZP, która oznacza dla zamawiającego konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. W związku z wymogami pozycji 1 Zamawiający oczekuje aby system zintegrowany sal operacyjnych pochodził od tego samego wytwórcy, od którego nastąpiła dostawa: paneli ściennych, zabudów meblowych i myjni chirurgicznych, które nie są przedmiotem tego postępowania. Tym samym ogranicza to możliwość dostawy systemu tylko od tego samego dostawcy, jakim jest ALVO Medical Sp. z o. o. Informujemy, że powszechnie dostarczamy System zintegrowanej Sali operacyjnej, gdzie istnieją już zabudowy panelowe, meblowe i myjnie chirurgiczne różnych producentów w tym również firmy ALVO Medical Sp. z o. o. Nie spotykany jest zapis zastosowany w obecnym AIT, chyba że ma on na celu uniemożliwić złożenie oferty przez innych wytwórców. Wnosimy o korektę zapisów w AIT poprzez wykreślenie wymogu aby system zintegrowany pochodził od tego samego producenta co ściany, zabudowy

Ad 1 Zgodnie z punktem 4.8 Zaproszenia do składania ofert, postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu zintegrowanego sal operacyjnych od innych wytwórców niż paneli ściennych, zabudów meblowych i myjni chirurgicznych.

Pytanie nr 2. Poz. 33 Czy Zamawiający dopuszcza lepsze rozwiązanie oparte o rozwijaną listę "drop down list", z której wybiera się poprzez klikanie palcem, każde źródło jest jednoznacznie opisane a całe rozwiązanie jest wygodniejszym ze względu na pracę w rękawiczkach jednorazowych zamiast opisanej funkcji "drag & drop"? Przeciąganie po szkło osłonowym ekranu w rękawiczkach może doprowadzić do złego wyboru i niewłaściwego wyświetlania na monitorach w szczególności monitorze operacyjnym i podczas prowadzonego zabiegu. Opisane rozwiązanie wskazuje jednoznacznie na ALVO Medical Sp. z o. o.



Bonifraterskie Centrum Medyczne

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w których wybór źródła odbywa się poprzez funkcję „drag & drop” lub funkcje wyboru poprzez kliknięcie źródła i wskazanie destynacji poprzez kolejne kliknięcie na ekranie dotykowym. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wyboru z listy rozwijanej i tym samym wymaga aby odwzorowanie źródeł wideo oraz monitorów na ekranie dotykowych było w postaci graficznych ikon z piktogramami i konfigurowalną nazwą danego źródła. Tego typu rozwiązanie jest bardziej intuicyjne, szybsze i łatwiejsze w obsłudze. Zamawiający zwraca uwagę, że na rynku dostępne są systemy kilku producentów, które oferują graficzne odwzorowanie źródeł na ekranie dotykowym.

Pytanie nr 3. Poz. 72 Czy Zamawiający dopuszcza lepsze rozwiązanie klienta konferencji bez technologii WEB, które jest bezpieczniejsze, zapobiega dostępowi przypadkowemu nieuprawnionych osób i wykorzystuje do działania klucz sprzętowy? Opisane rozwiązanie wskazuje jednoznacznie na ALVO Medical Sp. z o. o.

Ad3. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozwiązanie opartego na rozwiązaniu WEB ze względu na większą uniwersalność stosowania w różnych miejscach/pomieszczeniach wewnątrz szpitala jak i poza nim.

Pytanie nr 4. Poz. 78 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lepszy, bardziej ergonomiczny panel sterujący, zabudowany w ścianie z ekranem dotykowym w rozmiarze 32” (+/- 1”) ? Takie rozwiązanie jest optymalnym co do zajmowanej powierzchni, jest hermetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Ponadto większy ekran jest z natury bardziej czytelny.

Ad4. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5. Poz. 109 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lepsze rozwiązanie tj. szklaną klawiaturę z wyraźnym odwzorowaniem układu klawiszy (zagłębienia pod opuszki palców), z touch padem i możliwością składania, która zdecydowanie łatwiej się czyści i dezynfekuje oraz cechuje się dłuższą żywotnością?

Ad5. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w AIT argumentując to faktem, iż klawiatura szklana jest bardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne a zarazem mniej responsywna i intuicyjna w obsłudze.

Pytanie nr 6. Poz. 131 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lepszą niż opisana, sufitową kamerę dookólną PTZ z zoom na poziomie x10 wykorzystującą nowoczesną technologię IP na potrzeby zdalnych transmisji audio wideo w lokalnej sieci LAN jednostki szpitala co rozszerza zakres wykorzystania takiej kamery?

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markieckiego 87, 40-211 Katowice, +48 32 357 62 00, katowice@bcmbonifratrzy.pl

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, +48 530 424 426, sekretariat@bcmbonifratrzy.pl www.bcmbonifratrzy.pl

Adres do korespondencji: ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław, NIP: 8992919206, REGON: 521336320

Kapitał zakładowy: 34 524 150 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000952604



Bonifraterskie Centrum Medyczne

Ad6. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że kamera będzie posiadać również wyjście wideo HDMI lub SDI niezależnie od wyjścia IP.

Pytanie nr 7. Poz. 151 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lepsze rozwiązanie niż opisane w AIT, polegające na tym, że cały system jest wyrobem medycznym klasy 1 i posiada funkcjonalności opisane w poz. 151 ÷ 159 AIT?

Ad 7. Zgodnie z zapisami specyfikacji zamawiający wymaga aby cały system był wyrobem medycznym klasy I. Dodatkowo zamawiający wymaga aby główne komponenty systemu jak jednostka sterująca z ekranem dotykowym, kontroler wideo 4K oraz nagrywarka medyczna były również wyrobami medycznymi zgodnymi z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 (klasa I) oraz normami EN 60601-1 i EN 60601-1-2.

Zamawiający oczekuje załączenia do oferty odpowiednich dokumentów potwierdzających.

Pytanie nr 8. Poz. 160 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lepsze rozwiązanie niż opisane w AIT, polegające na tym, że cały system jest wyrobem medycznym klasy 1 i posiada funkcjonalności opisane w poz. 160 ÷ 177 AIT?

Ad8. Zgodnie z zapisami specyfikacji zamawiający wymaga aby cały system był wyrobem medycznym klasy I. Dodatkowo zamawiający wymaga aby główne komponenty systemu jak jednostka sterująca z ekranem dotykowym, kontroler wideo 4K oraz nagrywarka medyczna były również wyrobami medycznymi zgodnymi z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 (klasa I) oraz normami EN 60601-1 i EN 60601-1-2.

Zamawiający oczekuje załączenia do oferty odpowiednich dokumentów potwierdzających.

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice, +48 32 357 62 00, katowice@bcmbonifratrzy.pl

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, +48 530 424 426, sekretariat@bcmbonifratrzy.pl www.bcmbonifratrzy.pl

Adres do korespondencji: ul. Podwałe 7, 50-043 Wrocław, NIP: 8992919206, REGON: 521336320

Kapitał zakładowy: 34 524 150 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000952604